















































НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
НЯМА СТАНДАРТНА РЕФЕРЕНЦИЯ/НЕ Е УНИВЕРСАЛНО ПРИЗНАТ ИЛИ СТАНДАРТИЗИРАН СИМВОЛ		
		Отговорно лице в Обединеното кралство
		Количество
		Изделието не съдържа естествен латексов каучук
		Обратна връзка от клиента
		Прочетете придружаващите документи за важна информация, свързана с безопасността
		Установена защита на пациента от тип CF
		Съдържа веществото CMR, кобалт
		Съдържа CMR вещество, олово
		Съдържа никел
		Съдържа диоктилкалаен бис(2-етилхексил меркаптоацетат)
ISO 15223-1 – МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА – СИМВОЛИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ С ЕТИКЕТИ НА МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА, ЕТИКЕТИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ		
5.1.1		Производител

НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
5.1.2		Упълномощен представител в Европейската общност/Европейския съюз
5.1.3		Дата на производство
5.1.4		Срок на годност
5.1.5		Партиден код
5.1.6		Каталожен номер
5.1.7		Сериен номер
5.1.8		Вносител
5.1.9		Дистрибутор
5.1.11		Държава на производство – Мексико
5.1.11		Държава на производство – Съединени американски щати
5.2.3		Стерилизирано с етиленов оксид
5.2.3/5.2.11		Стерилизирано с етиленов оксид/Единична стерилна бариерна система

НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
5.2.3/5.2.14		Стерилизирано с етиленов оксид/Система с единична стерилна бариера със защитно вътрешно покритие
5.2.4		Стерилизирано чрез облъчване
5.2.4/5.2.11		Стерилизирано чрез облъчване/Единична стерилна бариерна система
5.2.6		Не стерилизирайте повторно
5.2.7		Нестерилен
5.2.8		Не използвайте, ако опаковката е повредена и направете справка в инструкциите за употреба
5.2.11		Единична стерилна бариерна система
5.2.14		Система с единична стерилна бариера със защитно вътрешно покритие
5.3.2		Дръжте далеч от слънчева светлина
5.3.4		Съхранявайте на сухо място
5.3.6		Горна граница на температурата

НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
5.3.7		Диапазон на температурата
5.4.2		Не използвайте повторно
5.4.3	 www.medcomp.net	Направете справка в инструкциите за употреба или в електронния вариант на инструкциите за употреба
5.4.4		Внимание
5.4.7		Съдържа лекарствено вещество
5.4.8		Съдържа биологичен материал от животински произход
5.4.10		Съдържа опасни вещества
5.6.3		Непирогенно
5.7.3		Идентификация на пациента
5.7.4		Уеб сайт с информация за пациента
5.7.5		Медицински център или лекар

НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
5.7.6		Дата
5.7.7		Медицинско изделие
5.7.10		Уникален идентификатор на изделието
BS EN 15986 – СИМВОЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ФТАЛАТИ		
A.2		Съдържа фталат: DEHP
НАСОКИ НА FDA ОТНОСНО „ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛИ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ“ (CFR 801)		
	Rx Only	Внимание: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство от или по поръчка на лицензиран медицински специалист.
ASTM F2503 – СТАНДАРТНА ПРАКТИКА ЗА МАРКИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АРТИКУЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МАГНИТНА РЕЗОНАНСНА СРЕДА		
		Безопасно за употреба в ЯМР среда
		Подходящо за употреба в ЯМР среда при определени условия
		Небезопасно за употреба в ЯМР среда
		Подходящо за употреба в ЯМР среда при определени условия – 3,0 Tesla
		Подходящо за употреба в ЯМР среда при определени условия – 1,5, 3,0 Tesla

НОМЕР ЗА СПРАВКА	СИМВОЛ	ПОЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ/ЗАГЛАВИЕ НА СИМВОЛА
ISO 7000 – ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИ СИМВОЛИ НА ОБОРУДВАНЕ		
3079		Отворете тук
MDD 93/42/ЕИО, MDR 2017/745, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 765/2008		
		СЕ маркировка за съответствие
ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВАТА И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 2021 г.		
		Оценено съответствие за Обединеното кралство
РЕГЛАМЕНТ НА SWISSMEDIC		
		Упълномощен представител в Швейцария