






















































NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
<b>SIN REFERENCIA ESTÁNDAR/NO ES UN SÍMBOLO UNIVERSALMENTE RECONOCIDO O ESTANDARIZADO</b>		
		Persona responsable en el Reino Unido
		Cantidad
		El dispositivo no contiene ni existe presencia de caucho de látex natural
		Comentarios de clientes
		Lea la documentación incluida para consultar información importante relacionada con la seguridad
		Tipo CF de protección de pacientes
		Contiene la sustancia CMR cobalto
		Contiene la sustancia CMR plomo
		Contiene níquel
		Contiene bis(2-etilhexil mercaptoacetato) de dioctilestaño
<b>ISO 15223-1 - PRODUCTOS SANITARIOS - SÍMBOLOS A UTILIZAR EN LAS ETIQUETAS Y EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS SANITARIOS, ASÍ COMO EN LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL FABRICANTE</b>		
5.1.1		Fabricante

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.1.2		Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
5.1.3		Fecha de fabricación
5.1.4		Utilizar antes de
5.1.5		Código de lote
5.1.6		Número de catálogo
5.1.7		Número serie
5.1.8		Importador
5.1.9		Distribuidor
5.1.11		País de fabricación: México
5.1.11		País de fabricación: Estados Unidos
5.2.3		Esterilizado con óxido de etileno
5.2.3/5.2.11		Esterilizado con óxido de etileno/Sistema de esterilización único

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.2.3/5.2.14		Esterilizado con óxido de etileno/Sistema de barrera esterilizado único con embalaje protector exterior
5.2.4		Esterilización por irradiación
5.2.4/5.2.11		Esterilización por irradiación/Sistema de esterilización único
5.2.6		No volver a esterilizar
5.2.7		No estéril
5.2.8		No utilizar si el envase está dañado. Consulte las instrucciones de uso
5.2.11		Sistema de esterilización único
5.2.14		Sistema de barrera esterilizado único con embalaje protector exterior
5.3.2		Mantener alejado de la luz solar
5.3.4		Mantener seco
5.3.6		Límite superior de temperatura

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.3.7		Límite de temperatura
5.4.2		No reutilizar
5.4.3	 <a href="http://www.medcomp.net">www.medcomp.net</a>	Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones electrónicas de uso
5.4.4		Precaución
5.4.7		Contiene una sustancia médica
5.4.8		Contiene material biológico o de origen animal
5.4.10		Contiene sustancias peligrosas
5.6.3		No pirogénico
5.7.3		Identificación del paciente
5.7.4		Sitio web de información del paciente
5.7.5		Médico o centro sanitario

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
5.7.6		Fecha
5.7.7		Dispositivo médico
5.7.10		Identificador único del dispositivo
<b>BS EN 15986 - SÍMBOLO A UTILIZAR EN EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS SANITARIOS, REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS SANITARIOS QUE CONTENGAN FTALATOS</b>		
A.2		Contiene Ftalato: DEHP
<b>DIRECTRICES DEL FDA SOBRE EL USO DE SÍMBOLOS EN EL ETIQUETADO (CFR 801)</b>		
		Precaución: La venta de este producto está restringida a profesionales médicos titulados o por prescripción médica.
<b>ASTM F2503 - PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA EL MARCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS Y OTROS ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS RESONANCIAS MAGNÉTICAS</b>		
		Seguridad de la resonancia magnética
		Condicionamiento de la resonancia magnética
		No seguro para RM
		Condicionamiento de la resonancia magnética: 3,0 teslas
		Condicionamiento de la resonancia magnética: 1,5, 3,0 teslas

NÚMERO DE REFERENCIA	SÍMBOLO	EXPLICACIÓN/TÍTULO DEL SÍMBOLO
<b>ISO 7000 - SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA SU USO EN EQUIPOS - SÍMBOLOS REGISTRADOS</b>		
3079		Abrir por aquí
<b>MDD 93/42/CEE, MDR 2017/745, REGLAMENTO (CE) 765/2008</b>		
		Marcado CE de conformidad
<b>LEY SOBRE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DEL REINO UNIDO DE 2021</b>		
		Conformidad con las normas del Reino Unido
<b>REGULACIONES DE SWISSMEDIC</b>		
		Representante autorizado en Suiza