



























































NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
PAS DE RÉFÉRENCE STANDARD/N'EST PAS UN SYMBOLE UNIVERSELLEMENT RECONNU OU NORMALISÉ		
		Responsable du Royaume-Uni
		Quantité
		Le dispositif ne contient pas ou ne présente pas de caoutchouc de latex naturel
		Avis des clients
		Lire les documents d'accompagnement pour les questions importantes liées à la sécurité
		Norme de protection des patients CF
		Contient des substances CMR, cobalt
		Contient une substance CMR, du plomb
		Contient du nickel
		Contient du dioctylétain bis (mercaptoacétate de 2-éthylhexyle)
ISO 15223-1 - DISPOSITIFS MÉDICAUX - SYMBOLES À UTILISER AVEC LES ÉTIQUETTES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, ÉTIQUETAGE ET INFORMATIONS À FOURNIR		
5.1.1		Fabricant

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
5.1.2		Représentant autorisé dans la Communauté européenne/Union européenne
5.1.3		Date de fabrication
5.1.4		Date limite d'utilisation
5.1.5		Code de lot
5.1.6		Numéro de catalogue
5.1.7		Numéro de série
5.1.8		Importateur
5.1.9		Distributeur
5.1.11		Pays de fabrication : Mexique
5.1.11		Pays de fabrication : États-Unis d'Amérique
5.2.3		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
5.2.3/5.2.11		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène/Système de barrière stérile unique

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
5.2.3/5.2.14		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène/Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur
5.2.4		Stérilisation par irradiation
5.2.4/5.2.11		Stérilisation par irradiation/Système de barrière stérile unique
5.2.6		Ne pas restériliser
5.2.7		Non stérile
5.2.8		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
5.2.11		Système de barrière stérile unique
5.2.14		Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur
5.3.2		Ne pas exposer à la lumière du soleil
5.3.4		Garder au sec
5.3.6		Limite supérieure de température

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
5.3.7		Limite de température
5.4.2		Ne pas réutiliser
5.4.3	 www.medcomp.net	Consultez le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique
5.4.4		Mise en garde
5.4.7		Contient une substance médicamenteuse
5.4.8		Contient des matières biologiques d'origine animale
5.4.10		Contient des substances dangereuses
5.6.3		Apyrogène
5.7.3		Identification du patient
5.7.4		Site Internet d'informations destinées au patient
5.7.5		Centre de soins ou médecin

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
5.7.6		Date
5.7.7		Dispositif médical
5.7.10		Identifiant unique du dispositif
BS EN 15986 - SYMBOLE POUR L'ÉTIQUETAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, EXIGENCES POUR L'ÉTIQUETAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX CONTENANT DES PHTALATES		
A.2		Contient des phtalates : DEHP
DIRECTIVES DE LA FDA SUR L'UTILISATION DE SYMBOLES DANS L'ÉTIQUETAGE (CFR 801)		
	Rx Only	Mise en garde : La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à un praticien de santé agréé ou sur sa commande.
ASTM F2503 - PRATIQUE STANDARD POUR LE MARQUAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET D'AUTRES ARTICLES POUR LA SÉCURITÉ DANS L'ENVIRONNEMENT DE LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE		
		Compatible avec les IRM
		Conditionnel MR
		RM dangereux
		Conditionnel MR – 3 teslas
		Conditionnel MR – 1,5, 3 teslas

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	SYMBOLE	TEXTE EXPLICATIF/TITRE DU SYMBOLE
ISO 7000 - SYMBOLES GRAPHIQUES À UTILISER SUR LES ÉQUIPEMENTS SYMBOLES ENREGISTRÉS		
3079		Ouvrir ici
MDD 93/42/EEC, MDR 2017/745, RÈGLEMENT (CE) 765/2008		
		Marquage de conformité CE
LOI DE 2021 SUR LES MÉDICAMENTS ET LES DISPOSITIFS MÉDICAUX		
		Conformité au RU vérifiée
RÈGLEMENTS SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (SWISSMEDIC)		
		Représentant autorisé en Suisse