
























































REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
ŽIADEN ŠTANDARDNÝ ODKAZ/NEJDE O UNIVERZÁLNE UZNÁVANÝ SYMBOL		
		Zodpovedná osoba pre Spojené kráľovstvo
		Kvantita
		Pomôcka neobsahuje prírodný kaučukový latex alebo jeho stopy
		Spätná väzba zákazníkov
		Prečítajte si sprievodné dokumenty, obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti
		Ochrana pacientov typu CF
		Obsahuje CMR látku, kobalt
		Obsahuje CMR látku, olovo
		Obsahuje nikel
		Obsahuje dioktylcín bis(2-etylhexylmerkaptacetát)
ISO 15223-1 - ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY - SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA ŠTÍTKOCH ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, OZNAČOVANIE A POSKYTOVANÉ INFORMÁCIE		
5.1.1		Výrobca

REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLUJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
5.1.2		Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii
5.1.3		Dátum výroby
5.1.4		Dátum spotreby
5.1.5		Kód šarže
5.1.6		Katalógové číslo
5.1.7		Sériové číslo
5.1.8		Dovozca
5.1.9		Distribútor
5.1.11		Krajina výroby – Mexiko
5.1.11		Krajina výroby – Spojené štáty americké
5.2.3		Sterilizované etylénoxidom
5.2.3/5.2.11		Sterilizované etylénoxidom/System s jednou sterilnou bariérou

REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
5.2.3/5.2.14		Sterilizované etylénoxidom/Systém s jednou sterilnou bariérou s vonkajším ochranným obalom
5.2.4		Sterilizované pomocou ožarovania
5.2.4/5.2.11		Sterilizované pomocou ožarovania/Systém s jednou sterilnou bariérou
5.2.6		Nesterilizujte opakovane
5.2.7		Nesterilný
5.2.8		Nepoužívajte, ak je balenie poškodené, a prečítajte si návod na použitie
5.2.11		Systém s jednou sterilnou bariérou
5.2.14		Systém s jednou sterilnou bariérou s vonkajším ochranným obalom
5.3.2		Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
5.3.4		Udržujte v suchu
5.3.6		Horná hranica teploty

REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
5.3.7		Hranica teploty
5.4.2		Nepoužívajte opakovane
5.4.3	 www.medcomp.net	Prečítajte si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie
5.4.4		Upozornenie
5.4.7		Obsahuje liečivo
5.4.8		Obsahuje biologický materiál živočíšneho pôvodu
5.4.10		Obsahuje nebezpečné látky
5.6.3		Nepyrogéne
5.7.3		Identifikácia pacienta
5.7.4		Webstránka s informáciami pre pacientov
5.7.5		Centrum zdravotnej starostlivosti alebo lekár

REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
5.7.6		Dátum
5.7.7		Zdravotnícka pomôcka
5.7.10		Jedinečný identifikátor pomôcky
BS EN 15986 - SYMBOL NA POUŽÍVANIE PRI OZNAČOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK OBSAHUJÚCICH FTALÁTY		
A.2		Obsahuje ftalát: DEHP
USMERNENIE FDA O POUŽÍVANÍ SYMBOLOV PRI OZNAČOVANÍ (CFR 801)		
	Rx Only	Upozornenie: Federálny zákon obmedzuje predaj tejto pomôcky na predaj licencovaným zdravotníckym pracovníkom alebo na jeho príkaz.
ASTM F2503 - ŠTANDARDNÝ POSTUP OZNAČOVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A INÝCH PREDMETOV Z HLADISKA BEZPEČNOSTI V PROSTREDÍ MAGNETICKEJ REZONANCIE		
		Bezpečné použitie s MR
		Podmienené použitie s MR
		Nie je bezpečné pre MR
		Podmienené použitie s MR – 3,0 tesla
		Podmienené použitie s MR – 1,5, 3,0 tesla

REFERENČNÉ ČÍSLO	SYMBOL	VYSVETLJÚCI TEXT/NÁZOV SYMBOLU
ISO 7000 - GRAFICKÉ SYMBOLY NA POUŽITIE NA ZARIADENÍ REGISTROVANÉ SYMBOLY		
3079		Tu otvoriť
MDD 93/42/EHS, MDR 2017/745, NARIADENIE (ES) 765/2008		
		Označenie zhody CE
ZÁKON O LIEKOKH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH 2021		
		Posúdená zhoda v Spojenom kráľovstve
SMERNICE SWISSMEDIC		
		Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku